

**Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
47-400 Racibórz
ul. Wileńska 6**

CKZiU1.KAK.260.1.2019

Racibórz, dnia 18.01.2019r.

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU”

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

WYJAŚNIENIE TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informuję, iż zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przedstawiam poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

I.

PYTANIE 1

7. Psychrometr – Czy Zamawiający wyraża zgodę za zaoferowanie psychrometru o zakresie pomiarowym -35..+40 st C?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na za zaoferowanie psychrometru o zakresie pomiarowym -35..+40 st C.

PYTANIE 2

9. Szafa metalowa – czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafy o wymiarach sz. 80 cm, gł. 40 cm, wys.180 cm?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafy o wymiarach sz. 80 cm, gł. 40 cm, wys.180 cm?

PYTANIE 3

Czy z uwagi na fakt, że producent podaje długi czas wyprodukowania elektrolizerów czy Zamawiający dopuści czas dostawy 9 tyg.?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza czasu dostawy elektrolizerów 9 tygodni.

PYTANIE 4

Jakie konkretnie elektrody są wymagane w wyposażeniu w zestawie do elektrolizerów?

ODPOWIEDŹ:

Grafitowe.

II.

PYTANIE 1

Część 9 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści wizualny ogranicznik w postaci naniesionej kreski na listwę przewodnicy zamiast alarmu sygnalizacji otwarcia okna ponad odpowiednią wysokość?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wizualnego ogranicznika w postaci naniesionej kreski na listwę przewodnicy zamiast alarmu sygnalizacji otwarcia okna ponad odpowiednią wysokość.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuści dolną szafkę z drzwiczkami otwieranymi do przodu (na zawiasach)?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza dolnej szafki z drzwiczkami otwieranymi do przodu (na zawiasach).

Z poważaniem

Jacek Kąsek
Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu